



Deklaracja zgodności Nr 9 W/2007

1. Producent wyrobu budowlanego:
BMETERS srl Via Friuli,3
33050 Gonars (Ud) ITALY
- 1a. Upoważniony przedstawiciel producenta w Polsce:
BMETERS POLSKA Sp. z o.o.,
ul. Wrocławska 13,
55-100 Trzebnica/k. Wrocławia
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Wodomierz**
Typ: **GSD DN 20** - z przyłączem gwintowym, do zabudowy w przewodzie, jednostrumieniowy, suchobieżny magnetyczny

GSD-5R DN 20	-	-//-	, opcjonalnie z urz. do zdalnego odczytu
GSD-8R DN20	-	-//-	-//-
GSD-8R-Eu-fl DN 20	-	-//-	-//-
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu: PKWiU: 33.20.63-50.11
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Wyrób-przyrząd przeznaczony do ciągłego pomiaru, zapamiętywania i wskazywania objętości wody przezeń przepływającej w warunkach znamionowych użytkowania, w tym wody przeznaczonej do spożycia. Do stosowania w pozycji poziomej (H) lub pionowej (V)
5. Specyfikacja techniczna:
PN-EN 14154-1:2007 Wodomierze. Wymagania ogólne.
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:
 - Średnica nominalna: DN 20
 - Klasa temperaturowa: T30
 - Klasa straty ciśnienia: $\Delta P25$
 - Klasa ciśnieniowa: MAP 10; MAP 16
 - Klasa odporności na zaburzenia przepływu po stronie dopływu: U3
 - Klasa odporności na zaburzenia przepływu po stronie odpływu: D3
 - Charakterystyka metrologiczna (położenie poziome- H):
 $Q_1 = 0,05$; $Q_2 = 0,2$; $Q_3 = 2,5$; $Q_3/Q_1 = R50$; $Q_2/Q_1 = 4$
 - Charakterystyka metrologiczna (położenie pionowe- V):
 $Q_1 = 0,1$; $Q_2 = 0,25$; $Q_3 = 2,5$; $Q_3/Q_1 = R25$; $Q_2/Q_1 = 2,5$
 - Poziom narażeń środowiskowych wymagań klimatycznych mechanicznych: klasa C
 - Środowisko elektromagnetyczne : npd
 - Trwałość: spełnia wymagania
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:
 - Atest higieniczny HK/W/0237/01/2005 – Państwowy Zakład Higieny Warszawa
 - Świadectwo zatwierdzenia modelu Nr 744.95B.321.05 -Zatwierdzenie Unii Europejskiej dla licznika wody zimnej, znak Nr E6/M6/33.144 wydane przez Ministerstwo Gospodarki, Wydział Metrologii, B-1130 Bruksela, , Chaussee de Haecht 1795.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Trzebnica/k. Wrocławia 5.06.2007

WICEPREZES ZARZĄDZAJĄCY **BMETERS POLSKA Sp. z o.o.**
ul. Wrocławska 13 55-100 Trzebnica
NIP PL 9151696211
Dariusz Krawczyk KRS 0000241766 REG 020128925

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)